ХИМИХРОМ СТАНДАРТ ЕООД
ЕИК : 201283701, ДДС No : BG201283701, ул. Гургулят 4А, Русе, България,
Тел. : 0888 104201, E-mail : himihromstandart@gmail.com, nvitanov@himihrom.eu,
Сайт : www.himihrom.eu
ISO 9001:2015
Certificate No: BG/1491Q/1518

GIORGIO·BORMAC s.r.l.

XS INSTRUMENTS

XS Sensor POLYMER HT VP 225



Code: *32201311*

TECHNICAL DATA SHEET

Performance

Measuring range pH	0 ... 14 pH
temperature measurement range	0 ... +130 °C
Measuring range	
Pressure measurement range	0 ... 6 bar

Features

Certificate	Yes
Series	VP - PT100
Connection	Screw head VP Multipin PG 13.5
Diaphragm	Open porous septum
Electrolyte	Polymer
Body material	Glass
Serial number	Si
Temperature sensor	PT 100
Reference system	Encapsulated

Dimensions

Body diameter	12 mm
Body lenght	**225 mm**