ХИМИХРОМ СТАНДАРТ ЕООД
ЕИК : **201283701,** ДДС No : **BG201283701,** **ул. Гургулят 4А, Русе, България,**
Тел. : **0888 104201,** E-mail : **himihromstandart@gmail.com, nvitanov@himihrom.eu,**
Сайт : **www.himihrom.eu**
ISO 9001:2015
Certificate No: BG/1491Q/1518





Автоматизирана система за анализ на БПК5 с шест гнезда – BD600

- Следене на процеса в реално време в графичен вид на голям LCD дисплей.
- Улеснено прехвърляне на данни с два интерфейса USB и един интерфейс за SD карти.
- Електрозахранване (заедно с батериите) за постоянна стабилност на захранването и резултатите.
- Индивидуално наблюдение и програмиране на пробите.
- LED осветление на главата на всяка бутилка за проба

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Принцип на измерване	Респирометричен, с електронен сензор за налягане.
Обхват на измерване	0 - 40, 0 - 80, 0 - 200, 0 - 400, 0 - 800, 0 - 2000, 0 - 4000 mg/L O2.
Приложения	BOD5, BOD7, OECD 301 F.
Дисплей	Графичен дисплей, 16 grey levels, 240 pixels wide, 128 pixels high
Съхранение на данни	Автоматично съхранение на 672 резултата в зависимост от периода на измерване. Интервали на съхранение: Първия ден почасово; Втория ден на 2 часа; Третия и следващите на 24 часа.
Интерфейс за данни	Два интерфейса USB и един интерфейс за SD карти.
Електрозахранване	Батерии 3 броя тип C / LR14 и външно захранване 15 V DC за уреда и магнитната бъркалка, max. power requirement 600 mA.
Размери	(H x W x D) 230 mm x 181 mm x 375 mm заедно с бъркалката.

Доставката включва:

- Уред за БПК .
- 6 броя бутилки за проби.
- USB кабел.
- 6 броя сензора за налягане.
- Магнитна бъркалка с 6 гнезда
- АА батерии
- Захранване